



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE

ORDRE DE SERVICE

<p>Direction générale de l'alimentation</p> <p>Sous-Direction de la recherche, de la réglementation et de la coordination des contrôles</p> <p>Adresse : 251, rue de Vaugirard 75 732 PARIS CEDEX 15 Dossier suivi par : A.BLANC-GONNET / L. BAZIN</p> <p>Tél. : 01.49.55.81.49 / 44.38 Réf. interne : SDRRCC/BQCC/</p>	<p>NOTE DE SERVICE</p> <p>DGAL/SDRRCC/N2007-8324</p> <p>Date: 26 décembre 2007</p> <p>Classement : SA 222.222</p>
---	--

Date de mise en application : immédiate

Abroge et remplace : Note de service DGAL/SDRRCC/N2007-8269 du 31 octobre 2007

📎 Nombre d'annexes : 2

Degré et période de confidentialité : tout public

Objet : liste de laboratoires agréés pour le dépistage virologique de la Fièvre catarrhale ovine par PCR – protocole et recommandations analytiques (mélange de sang)

Bases juridiques :

- Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton,
- Arrêté du 21 août 2001 fixant les mesures techniques et financières de police sanitaire relative à la fièvre catarrhale du mouton.

MOTS-CLES : Fièvre catarrhale ovine – Laboratoire – Agrément

Résumé :

La présente note de service donne la liste des laboratoires agréés de façon temporaire pour le dépistage virologique de la Fièvre catarrhale ovine par PCR. Les parties grisées identifient les compléments par rapport à la note qu'elle abroge et remplace.

Destinataires	
Pour exécution :	Pour information :
<ul style="list-style-type: none">- Directeurs départementaux des services vétérinaires- Directeurs départementaux des services vétérinaires des chefs lieux de région- Laboratoires d'analyses vétérinaires agréés	<ul style="list-style-type: none">- Préfets- Inspecteurs généraux des services vétérinaires- Brigade nationale d'enquêtes vétérinaires- Directeurs des Ecoles nationales vétérinaires- Directeur de l'Ecole nationale des services vétérinaires- Directeur de l'INFOMA- AFSSA Direction générale- AFSSA LERPAZ Maisons-Alfort- COFRAC- CIRAD EMVT

I – LABORATOIRE NATIONAL DE REFERENCE

Le laboratoire national de référence pour les analyses virologiques de diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton est le LERPAZ Unité de Virologie

AFSSA Alfort
Laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses (LERPAZ)
A l'attention de Mme Corinne Sailleau et Emmanuel Breard
27-31 avenue du Général Leclerc - BP 19
94701 Maisons - Alfort cedex
Tel : 01 49 77 13 39 (labo) 01 43 96 73 76 / bureaux
Fax :
e-mail : c.sailleau@afssa.fr ebreard@vet-alfort.fr,

II – LISTE DES LABORATOIRES VETERINAIRES AGREES

Pour faire suite à la note de service DGAL/SDRCC/N2007-8236 du 19/09/2007 relative à un appel à candidatures pour la mise en place d'un réseau de laboratoires agréés pour le dépistage virologique de la Fièvre catarrhale ovine par PCR, la liste des laboratoires vétérinaires agréés temporairement pour les analyses virologiques de diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton par la technique RT-PCR est fixée en [annexe 1](#) de la présente note.

L'agrément sera confirmé au terme de l'essai interlaboratoire d'aptitude organisé par le laboratoire de référence.

Cette liste sera prochainement étendue à de nouveaux laboratoires.

III – PROTOCOLE POUR LE DIAGNOSTIC DE LA FIEVRE CATARRHALE OVINE PAR RT-PCR ET RECOMMANDATIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES ANALYSES DE MELANGE

Le protocole du LNR Fièvre Catarrhale Ovine AFSSA de « Détection des ARNs du virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO) par RT-PCR en temps réel à partir du sang de ruminant (version du 3 octobre 2007) est joint en [annexe 2](#) de la présente note.

Recommandations complémentaires pour l'analyse de sang de mélange

Dans tous les cas, le LNR indique qu'il ne faut pas mélanger le sang de plus de 5 bovins pour réalisation du diagnostic virologique par RT-PCR en temps réel.

Le protocole pour réaliser des mélanges de sang est le suivant :

- sélectionner les 5 tubes de sang à mélanger
- homogénéiser chaque tube en le retournant 10 fois de suite
- prélever 200 µl de chaque tube les placer dans un tube eppendorf de 2 ml
- homogénéiser le mélange de 1 ml obtenu en le retournant 10 fois comme précédemment décrit.
- Prélever le volume nécessaire pour l'extraction des acides nucléiques.

Les conditions d'interprétation des résultats sont précisées dans le protocole diffusé en annexe 2.

La Directrice Générale Adjointe

Monique ELOT

ANNEXE 1**LISTE DES LABORATOIRES VETERINAIRES AGREES POUR LES ANALYSES VIROLOGIQUES PAR RT-PCR DE DIAGNOSTIC
DE LA FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON – Octobre 2007**

	Département	Etablissement	Ville
01	Ain	Laboratoire départemental d'analyses Chemin de la Miche - Cénord	01012 BOURG en BRESSE Cedex
03	Allier	Laboratoire départemental d'analyses Zone de l'Etoile – Bd de Nomazy - BP 1707	03017 MOULINS Cedex
06	Alpes-Maritimes	AFSSA Sophia Antipolis 105 route des Chappes	06902 SOPHIA-ANTIPOLIS
08	Ardennes	Laboratoire départemental d'analyses BP2	08430 HAGNICOURT
09	Ariège	Laboratoire Départemental d'Analyses rue Las Escoumes	09 008 FOIX Cdis
10	Aube	Laboratoire d'analyses vétérinaires et alimentaires Chemin des Champs de la Loge BP 216	10006 TROYES Cedex
12	Aveyron	SEML AVEYRON LABO Rue des Artisans - ZA Bel Air BP 3118	12031 RODEZ Cedex 09
14	Calvados	Laboratoire départemental Franck Duncombe 1 rte Rosel-St Contest	14053 CAEN CEDEX4
15	Cantal	Laboratoire départemental d'analyses et de recherches 100 rue de l'égalité	15013 AURILLAC
18	Cher	Laboratoire départemental d'analyses 216, rue Louis Mallet	18014 BOURGES cedex
19	Corrèze	Laboratoire départemental d'analyses Le Treuil BP 202	19012 TULLE Cedex
21	Côte-d'Or	Laboratoire départemental 2 ter rue Hoche - BP 678	21017 DIJON Cedex
22	Côtes-d'Armor	Laboratoire départemental d'analyses 5-7, rue du Sabot BP 54	22440 PLOUFRAGAN
23	Creuse	Laboratoire départemental d'analyses 42-44, route de Guéret	23380 AJAIN
24	Dordogne	Laboratoire départemental d'analyses et de recherche 161, av. churchill	24660 COULOUNIEIX CHAMIERES
25	Doubs	Laboratoire vétérinaire 13, rue Gay Lussac - BP 1981	25020 BESANCON Cedex
26	Drôme	La Drôme Laboratoires - Antenne de la Drôme 37 avenue de Lautagne - B.P. 118	26904 VALENCE CEDEX 9
27	Eure	Laboratoire départemental d'analyses 12, rue du docteur Michel Baudoux	27023 Evreux cedex

	Département	Etablissement	Ville
29	Finistère	IDHESA Bretagne Océane – Site de Quimper 22 avenue de la Plage des Gueux - ZA de Créac'h Gwen	29334 QUIMPER Cedex
30	Gard	Laboratoire Départemental d'Analyses 970 route de Saint Gilles	30942 NIMES cedex 9
31	Haute Garonne	Laboratoire vétérinaire départemental 76 chemin Boudou	31140 LAUNAGUET
34	Hérault	Laboratoire Départemental d'Analyses CS 69013	34967 MONTPELLIER cedex 02
35	Ille-et-Vilaine	Laboratoire vétérinaire départemental 24, rue Antoine Joly - BP 3163	35031 RENNES Cedex
37	Indre-et-Loire	Laboratoire de Touraine Le Bas Champeigné, Parçay-Meslay	37082 TOURS Cedex 2
39	Jura	Laboratoire départemental d'analyses 59 rue du Vieil Hopital	39800 POLIGNY
40	Landes	Laboratoire départemental 1 rue Marcel David - BP 219	40004 MONT DE MARSAN Cedex
42	Loire	Laboratoire vétérinaire départemental Av. Louis Lépine – ZI de Vaure - BP 207	42605 MONTBRISON Cedex
44	Loire-Atlantique	Institut départemental d'analyses et de conseil Route de Gâchet - BP 80603	44 306 Nantes Cedex 3
46	Lot	Laboratoire départemental d'analyse Avenue de l'Europe – Regourd – BP 295	46005 CAHORS CEDEX 9
49	Maine-et-Loire	Laboratoire vétérinaire départemental 18, bd Lavoisier BP 20943	49009 ANGERS Cedex 1
50	Manche	Laboratoire départemental d'analyses Route de Bayeux	50008 SAINT-LO Cedex
52	Haute-Marne	Laboratoire départemental d'analyses Rue du lycée agricole, Choignes - BP 2033	52902 CHAUMONT Cedex 09
54	Meurthe-et-Moselle	Laboratoire Départemental Vétérinaire Pixérécourt	54220 MALZEVILLE
55	Meuse	Laboratoire vétérinaire départemental Chemin des Romains - BP 516	55012 BAR-LE-DUC Cedex
56	Morbihan	Laboratoire départemental d'analyses 3 rue Denis Papin – B.P. 20080	56892 SAINT AVE CEDEX
57	Moselle	Laboratoire central d'analyses 4 rue de Bort les Orgues, Saint Julien lès Metz - CP 97812	57078 METZ Cedex 3
58	Nièvre	Laboratoire départemental Rue de la Fosse aux Loups	58028 NEVERS Cedex
59	Nord	Laboratoire départemental public Domaine du Certia - BP 39, 369 rue Jules Guesde	59651 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex

	Département	Etablissement	Ville
61	Orne	Laboratoire départemental de l'Orne 19-21 rue Candie - BP 7	61001 ALENCON Cedex
62	Pas-de-Calais	Laboratoire départemental d'analyses Parc de Hte Technologie des Bonnettes, 2, rue du Génévrier - Sac postal 18	62022 ARRAS Cedex
63	Puy-de-Dôme	Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires et biologiques Site de Marmilhat - BP 42	63370 LEMPDES
64	Pyrénées-Atlantiques	Laboratoires des Pyrénées 2 rue des écoles	64150 LAGOR
66	Pyrénées-Orientales	Laboratoire Départemental d'Analyses Rambla de la Thermodynamique, Technosud	66100 PERPIGNAN
67	Bas-Rhin	Laboratoire vétérinaire départemental 2, place de l'abattoir	67200 STRASBOURG
68	Haut-Rhin	Laboratoire vétérinaire départemental 4, allée de Herrlisheim - BP 351	68006 COLMAR Cedex
71	Saône-et-Loire	Laboratoire Départemental d'Analyses 267, rue des Epinoches	71000 MACON
72	Sarthe	Laboratoire départemental 128, rue de Beaugé	72018 LE MANS Cedex 2
73	Savoie	Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires 321 chemin des Moulins	73024 CHAMBERY CEDEX
76	Seine Maritime	Laboratoire agro vétérinaire départemental Av. du Grand Cour - BP 1140	76175 ROUEN Cedex
79	Deux-Sèvres	Laboratoire vétérinaire départemental 210, avenue de la Venise verte - BP 570	79022 Niort Cedex
80	Somme	Laboratoire vétérinaire départemental 31, avenue Paul Claudel	80480 DURY-LES-AMIENS
81	Tarn	Laboratoire Départemental d'Hygiène 32 rue Gustave Eiffel, ZA Albitech	81011 ALBI cedex 9
82	Tarn-et-Garonne	Laboratoire vétérinaire départemental 60 avenue Marcel Unal - BP 747	82013 Montauban Cedex
85	Vendée	Laboratoire départemental d'analyses Rond point Georges Duval - BP 802	85021 LA ROCHE sur YON Cedex
87	Haute-Vienne	Laboratoire départemental d'analyses Av du Professeur Joseph de Léobardy	87000 LIMOGES
89	Yonne	Institut départemental d'environnement et d'analyse 10 avenue du 4ème Régiment d'Infanterie - B.P. 9002	89011 AUXERRE CEDEX
94	Val-de-Marne	Laboratoire national de contrôle des reproducteurs - ACSEDIATE, 13 rue Jouët	94704 MAISONS-ALFORT cedex

ANNEXE 2



Détection des ARNs du virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO) par RT-PCR en temps réel à partir du sang de ruminant (protocole du LNR Fièvre Catarrhale Ovine AFSSA; version du 16 octobre 2007)

Préambule

Le protocole ci-dessous est issu de celui décrit dans l'article de Toussaint *et al*, 2006 (Bluetongue virus detection by two real-time RT-qPCRs targeting two different genomic segments. J Virol Methods. 2007 Mar;140(1-2):115-23). La méthode décrite a été développée et validée par le LNR fièvre catarrhale ovine de l'AFSSA, en utilisant des réactifs obtenus chez les fournisseurs cités ci après :

- les amorces : purifiées par HPSF et contrôlées avant d'être expédiées au laboratoire sous forme lyophilisée (fournisseur MWG)
- les sondes VP1 et β actine (fournisseur APPLERA)
- le kit d'amplification Taq man EZ RT-PCR Core reagent kit (fournisseur APPLIED BIOSYSTEM ; référence : N8080236)
- et le kit d'extraction des ARNs totaux (QIAamp Viral kit ; fournisseur QIAGEN ; référence : 52906).

Aucune trousse commerciale n'a pour l'instant été validée par le LNR. Celui-ci ne garantit pas les résultats obtenus avec des réactifs issus d'autres fournisseurs ou avec d'éventuelles trouses.

Conformément au cahier des charges rédigé par le LNR fièvre catarrhale ovine de l'AFSSA Maisons-Alfort, une journée de formation et d'information sera organisée par le LNR et devra être obligatoirement suivi par un représentant de chacun des laboratoires vétérinaires départementaux présélectionnés par la DGAL. Cette formation sera suivie d'un essai inter laboratoire simplifié auquel les laboratoires devront obligatoirement répondre avant tout agrément définitif.

1. Généralités

1.1. Objet et domaine d'application

Ce mode opératoire explique la démarche à suivre pour l'extraction des ARNs totaux (à partir de sangs collectés sur EDTA) avec les colonnes de type QIAamp Viral pour la détection de l'ARN du virus de la FCO par RT-PCR en temps réel.

1.2. Hygiène et sécurité

Les règles d'hygiène et de sécurité à prendre en considération relèvent des procédures pour la manipulation de tissus biologiques potentiellement infectieux et des procédures de manipulation des produits chimiques.

1.3. Informations complémentaires

Pour le diagnostic de la FCO, les prélèvements biologiques analysés seront des sangs (issus de bovins, d'ovins ou de caprins) reçus sous le régime du froid. **Le sang doit avoir été impérativement prélevé dans un tube anticoagulant EDTA.** Dès réception, les sangs sont conservés à 4°C (\pm 3 °C) jusqu'à utilisation.

1.4. Description de la méthode

Ce protocole décrit, dans un premier temps, l'extraction sur colonnes (type QIAamp Viral) des ARNs totaux à partir de prélèvements biologiques susceptibles d'être infectés par le virus de la FCO. La méthode utilisée est celle préconisée par le protocole du kit QIAamp Viral RNA kit.

Dans une seconde partie, le protocole décrit :

- la RT-PCR VP1 permettant l'amplification d'une portion de l'ARN double brin du segment 1 des 24 sérotypes du virus de la FCO (ce segment codant la protéine VP1, l'ARN polymérase virale).
- la RT-PCR β actine permettant l'amplification d'une portion de l'ARN du gène de la β (Beta) actine issu des cellules de l'animal prélevé (ovin, bovin ou caprin). Une amplification de ce gène vérifie la qualité des ARNs totaux extraits et l'absence d'inhibiteurs de RT-PCR.

Le kit Taqman EZ RT-PCR Core reagent est utilisé pour ces amplifications. La technologie utilisée est la technologie Taqman.

1.5. Matériels nécessaires

- Poste de Sécurité Microbiologique de type II
- Hotte à extraction chimique
- Bac réfrigérant
- Bain à sec
- Glace pilée
- Centrifugeuse de paillasse
- Microcentrifugeuse de paillasse
- Vortex
- Matériels de pipetage et de micropipetage
- Pointes à filtres RNase et DNase free de 10, 20, 200 et 1000µl
- Microtubes de 0.2 ml, 1.5 ml et de 2 ml RNase et DNase free
- Tubes de 50 ml stériles
- Consommable plastique (plaques, microtubes....) compatible avec l'appareil thermocycleur en temps réel
- Aluminium
- Thermocycleur en temps réel

1.6. Réactifs nécessaires

- Ethanol qualité biologie moléculaire (96-100%)
- QIAamp Viral kit (QIAGEN ; référence : 52906)
- Taq man EZ RT-PCR Core reagent kit (APPLIED BIOSYSTEM; référence : N8080236)
- eau RNase et DNase free
- DMSO (dimethylsulfoxyde) (pureté 99.9%)
- Tampon TE (Tris-EDTA : 1 mM Tris-HCl, pH8 ; 0,01mM EDTA)
- ARN A et ARN B : ARNs fournis par l'AFSSA pour les témoins positifs de RT-PCR.
- Phosphate Buffer Saline stérile (PBS) sans calcium ni magnésium

1.7. Amorces

Séquences nucléotidiques des amorces ayant pour cible l'ARN viral :

- **VP1S** : 5'TTAAAATGCAATGGTCGCAATC 3'
- **VP1AS** : 5' TCCGGATCAAGTTCACTCC 3'

Séquences nucléotidiques des amorces ayant pour cible l'ARN de la β -actine :

- **ACTB_{Frw966}** : 5' CAGCACAATGAAGATCAAGATCATC 3'
- **ACTB_{Brev1096}** : 5' CGGACTCATCGTACTCCTGCTT 3'

Conditionnement des amorces et conservation

- centrifuger brièvement les tubes d'amorces
- reprendre le culot lyophilisé dans un volume d'eau RNase et DNase free de façon à obtenir une concentration finale de 100 µM. Vortexer le tube par à-coups et centrifuger brièvement
- mettre en aliquots (par 12 µl pour les amorces ACTB_{Frw966} et ACTB_{Brev1096} et par 20 µl pour les amorces VP1S et VP1AS) et conserver à -20°C. Ne pas décongeler les aliquotes plus de 3 fois.

1.8. Sondes

Séquence nucléotidique de la sonde ayant pour cible l'ARN viral :

- Sonde Taqman FAM MGB VP1 (**sonde VP1**) : **FAM** 5' CCGTGCAAGGTGC 3' **MGB**

Séquence nucléotidique de la sonde ayant pour cible l'ARN de la β-actine :

- Sonde Taqman FAM Tamra β Actine (**sonde β Act**) : **FAM** 5' TCGCTGTCCACCTT CCAGCAGATGT 3' **Tamra**

Conditionnement des sondes et conservation

La sonde VP1 (FAM-MGB) est livrée solubilisée à une concentration de 100 µM.

- centrifuger brièvement le tube de sonde
- diluer au 20ème dans le tampon TE (concentration finale de la sonde à 5µM)
- mettre en aliquotes et congeler à -20°C (pour une plaque, prévoir 66 µl de sonde VP1). Ne pas décongeler les aliquotes plus de 3 fois.

La sonde β act (FAM-Tamra) est livrée lyophilisée.

- centrifuger brièvement les tubes d'amorces
- reprendre le culot lyophilisé dans un volume de tampon TE de façon à obtenir une concentration finale de 100 μ M. Vortexer le tube par à-coups et centrifuger brièvement
- diluer au 20^{ème} dans le tampon Tris-EDTA (Concentration finale de la sonde à 5 μ M)
- mettre en aliquotes et congeler à -20°C . Ne pas décongeler les aliquotes plus de 3 fois.

1.9. Recommandations

- Respecter les recommandations classiques données pour éviter les contaminations lors du traitement du prélèvement (mise en aliquote des prélèvements ; utilisation de pointes à filtres ; port de gant).
- Travailler avec du consommable stérile.
- Ajouter des témoins négatifs d'extraction pour s'assurer de l'absence de contamination inter-échantillons. On prendra un volume d'eau identique à la prise de volume préconisé pour l'échantillon, et ces témoins négatifs d'extraction seront par la suite traités comme des échantillons. Prévoir 2 témoins négatifs d'extraction par plaque de 96 puits (Voir le plan de plaque).

2. Mode opératoire

2.1. Extraction des ARNs totaux

2.1.1 Avant l'extraction :

Les réactifs du kit QIAamp Viral kit sont à conserver et à utiliser à température ambiante ($15-25^{\circ}\text{C}$). Seul le tampon RNA-AVE sera conservé à -20°C .

Reconstituer les tampons de lavage en suivant les indications du kit.

- Préparation du tampon RNA-AVE

Ajouter 310 μ l de tampon AVE, fourni par le kit d'extraction, dans un tube d'ARN carrier du kit (5 tubes par kit de 250 réactions). Vortexer par à-coups et centrifuger brièvement. Le tampon RNA-AVE peut être conservé à -20°C entre chaque série d'extraction. Ne pas décongeler ce tampon plus de 3 fois.

2.1.2 Préparation des échantillons biologiques et des témoins négatifs d'extraction

Sous un poste de sécurité microbiologique :

- prélever 100 μ l de chaque sang et les déposer dans un microtube de 2 ml
- pour les témoins négatifs d'extraction, 100 μ l d'eau sont prélevés et déposés dans un microtube de 2 ml (prévoir 2 témoins négatifs pour une plaque).

2.1.3. Préparation du tampon de lyse (TL) :

Si au moment de l'extraction, le tampon AVL fourni par le kit d'extraction n'est pas homogène (présence de cristaux), il est préconisé de chauffer le tampon AVL avant utilisation (5min à 80°C).

Pour 27 échantillons de sang (1 plaque complète) :

- prélever 16,8 ml de tampon AVL (16,8 ml = 30 (27 prélèvements + 2 témoins négatifs + 1) x 0.56 ml de tampon AVL) et les mettre dans un tube de 50 ml
- y ajouter 168 μ l de tampon RNA-AVE (30 x 5,6 μ l de tampon RNA-AVE)
- vortexer le tube et centrifuger brièvement.

2.1.4. Lyse

- ajouter 560 μ l du tampon TL dans chaque microtube contenant les 100 μ l de sang ou d'eau (témoin négatif d'extraction)
- vortexer par à-coups pendant 15 s. Vérifier si le mélange est bien homogène
- incubé pendant 10 min à température ambiante
- centrifuger les tubes brièvement
- ajouter 560 μ l d'éthanol
- vortexer les tubes pendant 15s par à-coups
- centrifuger quelques secondes. On obtient un lysat du prélèvement.

2.1.5. Chargement de la colonne

- prélever 630 µl de lysat et les déposer soigneusement dans une colonne du kit placée sur un tube de collection du kit. Boucher la colonne
- centrifuger pendant 1 min à 6000 g (*Toutes les centrifugations sont réalisées à température ambiante*)
- jeter le tube de collection, remettre la colonne sur un nouveau tube de collection du kit et y déverser soigneusement le reste du lysat de l'échantillon
- centrifuger pendant 1 min à 6000 g
- jeter le tube de collection, remettre la colonne sur un nouveau le tube de collection du kit.

2.1.6. Lavage

- déboucher la colonne et ajouter 500 µl du tampon AW1 (tampon de lavage du kit).
- boucher la colonne et centrifuger pendant 1 min à 6000 g
- jeter le tube de collection, remettre la colonne sur un nouveau le tube de collection et y ajouter 500 µl du tampon AW2 (tampon de lavage du kit)
- centrifuger pendant 3 min à 20 000 g
- jeter le tube de collection, remettre la colonne sur un microtube de 2 ml (non fourni par le kit)
- centrifuger la colonne pendant 1 min à 14000 g. (*Elimination de traces du tampon AW2*).

2.1.7. Elution

- placer la colonne dans un microtube de 1,5 ml (non fourni par le kit)
- mettre 40µl du tampon AVE (tampon d'élution du kit)
- boucher la colonne et incubé pendant 1-2 min à température ambiante
- centrifuger pendant 2 min à 6000 g
- *garder à 4°C les ARNs élués s'ils sont utilisés dans les 24 heures ou congelés à – 20°C s'ils sont utilisés postérieurement.*

2.2. RT-PCR en temps réel

2.2.1. Plan de plaque

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	ARN A	ARN A	ARN A	6	6	6	T-ext	T-ext	T-ext	21	21	21
B	ARN B	ARN B	ARN B	7	7	7	14	14	14	22	22	22
C	NTC	NTC	NTC	8	8	8	15	15	15	23	23	23
D	1	1	1	9	9	9	16	16	16	24	24	24
E	2	2	2	10	10	10	17	17	17	25	25	25
F	3	3	3	11	11	11	18	18	18	26	26	26
G	4	4	4	12	12	12	19	19	19	27	27	27
H	5	5	5	13	13	13	20	20	20	T-ext	T-ext	T-ext

	Cupules contenant le mix pour la RT-PCR VP1
	Cupules contenant le mix pour la RT-PCR Beta actine

ARN A et ARN B : témoins positifs (fort et faible) de RT-PCR

NTC : témoin négatif de RT-PCR

X : ARNs issus des prélèvements

T-ext : Témoins négatifs d'extraction

2.2.2. Préparation des mix des RT-PCRs

Mix pour la RT-PCR VP1

- pour une plaque de 96 puits, prévoir 66 réactions
- préparer le mix pour l'amplification du gène de la VP1 dans un microtube de 2 ml plongé dans la glace pilée (tableau 1) :

Tableau 1

<i>Réactifs</i>	Volume (µl) pour 1 réaction	<i>Concentration dans 25 µl final</i>	Volume (µl) pour 1 plaque complète
Eau	4,55		300,3
Tampon 5X*	5	1X	330
Mn 25mM*	5	5mM	330
dATP 10mM*	0,75	300µM	49,5
dCTP 10mM*	0,75	300µM	49,5
dGTP 10mM*	0,75	300µM	49,5
dUTP 10mM*	0,75	300µM	49,5
Polymerase 2.5U/µl*	1	2,5 U/reaction	66
UNG 1U/µl*	0,25	0,25U/reaction	16,5
VP1S (100µM)	0,1	400nM	6,6
VP1AS (100µM)	0,1	400nM	6,6
SondeVP1 (5µM)	1	200nM	66
<i>Volume total</i>	20		1320

* : réactifs fournis par le kit

- vortexer puis centrifuger rapidement le mix. Garder le mix dans la glace pilée.

Mix pour la RT-PCR β-actine :

- pour une plaque de 96 puits, prévoir 34 réactions

- préparer le mix pour l'amplification du gène de la β actine dans un microtube de 2 ml plongé dans la glace pilée (tableau 2) :

Tableau 2

<i>Réactifs</i>	Volume (µl) pour 1 réaction	<i>Concentration dans 25 µl final</i>	Volume (µl) pour 1 plaque complète
<i>Réactifs</i>	Volume (µl) pour 1 réaction	<i>Concentration finale</i>	Volume (µl) pour 1 plaque complète
Eau	6,55		222,7
Tampon 5X*	5	1X	170
Mn 25mM*	3	3mM	102
dATP 10mM*	0,75	300µM	25,5
dCTP 10mM*	0,75	300µM	25,5
dGTP 10mM*	0,75	300µM	25,5
dUTP 10mM*	0,75	300µM	25,5
Polymerase 2.5U/µl*	1	2,5 U/reaction	34
UNG 1U/µl*	0,25	0,25U/reaction	8,5
ACTBfrw966 (100µM)	0,1	400nM	3,4
ACTBrev1096 (100µM)	0,1	400nM	3,4
Sonde β act (5µM)	1	200nM	34
<i>Volume total</i>	20		680

* : réactifs fournis par le kit

- vortexer puis centrifuger rapidement votre mix. Garder le mix dans la glace pilée.

2.2.3. Répartition des mix

- répartir 20 µl du mix VP1 dans chaque cupule des colonnes 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 et 11

- répartir 20 µl du mix β-actine dans chaque cupule des colonnes 3, 6, 9 et 12

- recouvrir la plaque (aluminium) et garder les mix dans la glace pilée jusqu'à l'ajout des ARNs dénaturés.

2.2.4. Dénaturation des ARNs viraux

Pour chaque échantillon, incluant les témoins négatifs d'extraction et les témoins positifs (ARN A et ARN B) de RT-PCR :

- mettre, dans un microtube de 0,2 ml, 1,6 µl de DMSO (dimethylsulfoxyde) et ajouter 16 µl des ARNs
- centrifuger les microtubes
- chauffer pendant 3 minutes à 95°C dans un bain à sec, puis plonger les microtubes dans la glace jusqu'à utilisation.

2.2.5. Ajout des ARNs dans les mix de RT-PCR

- centrifuger les microtubes d'ARNs dénaturés
- ajouter 5 µl d'ARNs dénaturés par cupule de mix selon le plan de plaque.
- centrifuger brièvement la plaque pour éliminer la présence de bulle et assurer une bonne homogénéisation du mix et des ARNs.

2.2.6. Programmation de l'appareil PCR en temps réel

- Mettre les tubes dans l'appareil Q-PCR
- programmer l'appareil de façon à réaliser successivement :
 - un cycle de 2 min à 50°C,
 - un cycle de 30 min à 60°C,
 - un cycle de 5 min à 95°C,
 - 45 cycles comprenant chacun une étape de 20 secondes à 94°C et une étape d'1 min à 60°C.

Sur un appareil APPLIED, effectuer l'analyse (CF annexe) :

- en sélectionnant le « manual CT » et en fixant le seuil (« Threshold ») à 0,2
- en sélectionnant « autobaseline ».

Une valeur de « Cycle Threshold » (CT) ou « cycle du seuil » est ainsi obtenue. Cette valeur est inversement proportionnelle à la quantité d'ARN initial.

3. Interprétation des résultats

3.1. Validation de l'essai

L'essai est validé si :

- les NTC et les témoins négatifs d'extraction ont tous une valeur de CT indéterminée (UNDET) avec la RT-PCR VP1 et β actine,
- les témoins positifs de RT-PCR VP1 ont la valeur de CT prédéfinie par l'AFSSA. (Ne pas prendre en compte les valeurs de CT obtenues avec les ARN A et B lors de la RT-PCR β actine).

3.2. Interprétation des résultats

Le résultat de chaque échantillon est validé si :

- le CT de l'échantillon obtenu avec la RT-PCR β actine est inférieur à 35.

Si le CT est égal ou supérieur à 35, ou encore indéterminé (UNDET), diluer les ARNs totaux non dénaturés au 5ème dans de l'eau RNase-DNase free et refaire les RT-PCR VP1 et β actine à partir de ces dilutions.

Si le CT est de nouveau égal ou supérieur à 35, ou encore indéterminé, refaire une extraction des ARNs totaux en diluant le sang au demi dans du PBS (sans calcium ni magnésium) (50 µl de sang EDTA + 50 µl de PBS).

Si le CT est de nouveau égal ou supérieur à 35, ou indéterminé, on considérera que l'échantillon est inexploitable (présence d'inhibiteurs de RT-PCR ; échantillon lysé ou putréfié...). Dans ce cas, contacter la Direction Départementale des Services Vétérinaires et demander un nouveau prélèvement de sang de l'animal.

Quand le résultat de l'échantillon est validé :

- l'échantillon est considéré négatif lorsque les 2 CT obtenus avec la RT-PCR VP1 sont indéterminés (UNDET). Le résultat peut-être rendu comme « absence du génome du virus de la fièvre catarrhale ovine ».
- l'échantillon est considéré positif lorsque les 2 CT obtenus avec la RT-PCR VP1 sont inférieurs ou égaux à 38. Le résultat peut-être rendu comme « présence du génome du virus de la fièvre catarrhale ovine ».

- l'échantillon est considéré comme faiblement positif lorsque les 2 CT obtenus avec la RT-PCR VP1 sont supérieurs à 38. Le statut de l'infection ne peut être défini.

Dans ce cas, contacter la Direction Départementale des Services Vétérinaires et demander un nouveau prélèvement de sang de l'animal. Prévoir 2 tubes EDTA : l'un sera envoyé au laboratoire et l'autre au LNR Fièvre Catarrhale Ovine de l'AFSSA Maisons-Alfort. Le laboratoire effectuera une nouvelle extraction des ARNs totaux et des RT-PCR VP1 et B actine. Si le résultat est de nouveau faiblement positif, contacter le LNR.

Annexe

